

質問書に対する回答

令和6年4月22日

件名	高規格救急自動車（車両）	
業務場所	仕様書のとおり	
	質問事項	回答
1	仕様書P8磁気式防振台について、磁気ダンパー式はトヨタ自動車独自の防振ベッドとなりますが、ベルリング社製の無電源型免振防振架台も同等品として扱えますか。	同等品として支障ありません。

以上