

商 品 承 認 書

(案件名) 高規格救急自動車 (救急用資機材)

品名	商品名	メーカー名	品番	承認欄
保温用毛布 メディ ラップ 大人用	サーモフレクトブラ ンケット	(株)インターメドジャ パン	5100-700	承認 <input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
シャットノクサスミ ニ	除菌水リクリア 専 用霧化器	(株)IHI物流産業システ ム	ST-1440-001	承認 <input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない
輸液用サイドバック サーク2 パトロール ファニーパック (赤)	輸液用サイドバック サーク2 パトロール ファニーパック (黒)	ファーノ・ジャパ ン・インク	30530003	承認 <input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
承認しない理由 (備考) シャットノクサスミニはアルコール噴霧器であり、変更商品はオゾン水噴霧器であるため。 同等品としてスプライザーミニは承認する。				

(納入場所) 仕様書のとおり

審査の結果は以上のとおりです。

令和6年4月30日